



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23010/2320

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 06.2023

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції	Скло покривне		
Модель / тип	18x18 мм; 20x20 мм; 24x24 мм	Серія	160623
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2023-06-16~2023-06-18
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Довжина, ширина і товщина повинні відповідати стандарту.	Відповідає	Придатне
Зовнішній вигляд	Повинне бути безбарвним і прозорим, край може здаватися зеленуватим. Поверхня та краї повинні бути гладкими, чистими та без видимих сторонніх речовин, подряпин, помутніння тощо.	Відповідає	Придатне
Властивості	Стекла не повинні бути вологими і склеюватися.	Відповідає	Придатне
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.