



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH24010/0424

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 05.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	Ендотрахеальна трубка стерильна, одноразового використання		
Модель / тип	Розмір: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0	Серія	120524
Нормативні документи	ЖК 51/104-01	Кількість зразків	30 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2024-05-12~2024-05-19
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Діаметр манжети	Відповідно до розміру. Допустима похибка $\leq \pm 15\%$.		Відповідає
Викривлення трубки	Відсутнє спотворення після накачування газом.		Відповідає
Зовнішній вигляд	Гладка поверхня, атравматичний дистальний кінець, чітко надруковане маркування		Відповідає
Розмір	Відповідає стандарту		Відповідає
Зовнішній діаметр трубки	≤ 3.0 мм		Відповідає
Кут між зовнішньою трубкою і трубкою	$\leq 45^\circ$.		Відповідає
Довжина S3	≥ 7 мм		Відповідає
Радіус вигину	140 ± 20 мм		Відповідає
Площа очка Мерфі	Більше 80% площі поперечного перерізу, дозволяється стандартом.		Відповідає
Розташування очка Мерфі	Збоку трубки, навпроти скосу.		Відповідає
Кут скосу	$38^\circ \pm 10^\circ$.		Відповідає
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.