



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № B202312001

Виробник: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong
No.5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi, 524338, Zhanjiang, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",
адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340;
e-mail: jsukraineod@gmail.com

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.562-23 від 19 жовтня 2023 р.

Назва продукції		Презерватив з натурального латексу для ультразвукового дослідження							
Бренд	JS	Тип	Без лубриканту			Серія		181223	
Дата виробництва		231218	Придатний до		281217	Кількість зразків		897	
Температура проведення аналізу				26-28 °C		Відбір зразків		28/груд/23	
Дата перевірки		28/груд/23 - 11/січ/24			Звіт		11/січ/24		
Стандарт		1. Вимоги до фізичних властивостей: YUE ZHAN XIE BEI №.20220002 2. ISO 4074:2015 (фізичні властивості продукту) 3. Фармакопея КНР Видання 2020 року, частина 4 Загальне правило 1101 Метод стерилізації та огляду					Зразок за	Qingxia Zhou	
Тест		Стан-дартні значення	Параметри якості			Результат тестування			
			AQL	AC	RE	Ре-зультат	Кіль-кість зразків	Кіль-кість не-кваліфікованих	AQL
Розмір	Довжина (мм)	≥160				162 - 168	13	0	Прой-шов
	Ширина (мм)	42±2				40,0 - 40,5		0	
	Товщина (мм)	0,07±0,015				0,075 - 0,082		0	
До штучно-го старіння	Тиск на розрив (кПа)	≥1.0	1.5	7	8	1.20 - 1.95	200	0	<1.5
	Об'єм розриву (дм³)	≥13				17.0 - 32.0		1	
Після штучно-го	Тиск на розрив (кПа)	≥1.0	1.5	7	8	1.05 - 1.85	200	0	<1.5

старіння	Об'єм розриву (дм³)	≥13			16.5 - 31.0		0	
Крапкові отвори	До штучного старіння	0.25	0	0		200	0	<0.25
	Після штучного старіння	0.25	0	0		200	0	<0.25
Помітні порушення цілісності упаковки		0.4	0	0		200	0	<0.40
Помітні дефекти		0.4	0	0			0	<0.40
Цілісність пакування	До штучного старіння	2.5	2	3		32	0	<2.5
	Після штучного старіння	2.5	2	3		32	0	<2.5
Пакування та маркування		Повинен відповідати споживчій тарі				Зразок 13 індивідуальних упаковок та 13 коробок відповідають стандартним вимогам		
Стерилізація		Перевірка на відсутність бактерій		Не виявлено		20	0	Пройшов
Висновок		Наведені вище тестові елементи відповідають стандартним вимогам						
Зауваження		Розтягнення та подовження не є обов'язковими згідно з ISO 4074:2015						

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.