



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA533052990000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH24037/0425

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 12.2024

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

Назва продукції	Аплікатори стерильні одноразового використання		
Модель / тип	Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев'яний стрижень	Серія	181224
Нормативні документи	Q/320700 SY30-2005	Кількість зразків	20 шт.
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2024-12-18~2024-12-25
Найменування досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробувань
Зовнішній вигляд	Виріб, виготовлений з дерев'яного стрижня та медичної очищеної бавовняної вати, не повинен мати плям; бавовняний наконечник повинний бути намотаний щільно, не пухко. Очищена бавовняна вата повинна відповідати Стандарту YY 0330-2002 (медична очищена вата).		Відповідає
Розмір	Стандартний розмір 150×Ø 2.2 мм.		Відповідає
Діаметр бавовняного наконечника	5 мм±0.5 мм.		Відповідає
Стерильність	Відсутність зростання аеробних і анаеробних бактерій після 5-денного культивування при 35 °С; а також відсутність зростання грибків після 7-денного культивування при 25 °С.		Відповідає
Залишкова кількість етиленоксиду	≤10 мг/г.		0.2
Висновок перевірки	Продукція придатна до використання		
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.