



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-16028

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 02.2017

Термін зберігання: 5 років

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 14147/2014 від 27.06.2014р.

Назва продукції	Браслет ідентифікаційний		
Модель / тип	для матері; для новонародженого	Серія	180217
Нормативні документи	Q/320700 SY52-2005	Кількість зразків	20 шт.
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2017-02-16 ~ 2017-02-23
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Довжина та ширина виробу повинні відповідати Стандарту. Товщина повинна бути 0,18 мм ± 0,02 мм	Відповідає	Придатний
Колір	Має відповідати Стандарту.	Відповідає	Придатний
Зовнішній вигляд	Поверхня повинна бути гладкою, а на кромках браслету не повинно бути жодних ознак гострого краю, задирок тощо.	Відповідає	Придатний
Надійність застібок	Якщо нижній кріпильний елемент вставити в отвір, застібнути і застосувати зусилля відриву 30 Н, вони не повинні від'єднуватися один від одного.	Відповідає	Придатний
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.