



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH-18024-1901

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 09.2019

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.TR.039.800 від 12.12.2018

Назва продукції	Голки для забору крові стерильні одноразового використання		
Модель / тип	розмір 0,7 (22G); 0,8 (21G); 0,7 (22G)	Серія	190920
Нормативні документи	YZB/GUO 3896-2010	Кількість зразків	100 шт
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2019-09-20~2019-09-27
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги		Результат випробування
Поверхня	Поверхня повинна бути гладкою, вільною від сторонніх включень, без задирок та шорсткостей.		Відповідає
Пропускна здатність	При випробуванні згідно з додатком А.4 при тиску 20 кПа виміряний потік не повинен бути нижче зазначеного в таблиці 1.		Відповідає
Голка	Повинна бути гострою і не мати рваних країв, задирок і гачків тощо		Відповідає
	Повинна мати хорошу жорсткість і міцність		Відповідає
	Розмір має відповідати вимогам		Відповідає
Гумова мембрана	Повинна мати хорошу герметичність і при випробуванні згідно з А.1 не повинна виявляти ознак протікання.		Відповідає
Змащення	На поверхні голки не утворюються краплі		Відповідає
Захисний ковпачок	Не повинен спадати сам по собі, при цьому його легко зняти.		Відповідає
Стерильність	Стерильна		Відповідає
Пірогенність	Апірогенна		Відповідає
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.