



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH19033/0120

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 02.2020

Термін зберігання: 5 років

Назва продукції	Скло предметне зі шліфованими краями Скло предметне з нешліфованими краями		
Модель / тип	7101, 7102	Серія	180220
Нормативні документи	JB/T 8230.3-1997	Кількість зразків	по 30 шт
План відбору зразків	Q/320700 SY30-2005	Дата перевірки	2020-02-18~ 2020-02-20
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Розмір	Довжина, ширина і товщина повинні відповідати стандарту.	Відповідає	Придатне
Зовнішній вигляд	Повинне бути безбарвним і прозорим, край може здаватися зеленуватим. Поверхня та краї повинні бути гладкими, чистими та без видимих сторонніх речовин, подряпин, помутніння тощо.	Відповідає	Придатне
Властивості	Стекла не повинні бути вологими і склеюватися.	Відповідає	Придатне
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.